Ю-71.70.032

Перв. примен. Ю-44.31.811

Справ. №

D.C:- 2408-I(P).





Б



В



TRANSLATION

Rz16±20%

कृते नियन्त्रक
मुख्य गुणता आश्वासन नियन्त्रणालय
डी.सी.(आई) 2408-I(P) दिनांक 8.11.06

Homogeneity
Double refraction
Non-steriation
Bubbling

COMPLETENESS

	Sign	Date
Checked by		20-12-05
Approved by		21-12-05

ΔПе	5Г
Δ(Пг'-Пс')	5Г
Однородн.	2
Дв. лучепр.	2
εА	5
Бессвильн.	1А
Пузырность	5В
Nг	1
ΔNг	0,2
Nд	0,5
ΔNд	0,1
P	V
π	30"
δ45°	1'
ε	7"
/	70
Св.∅	20

Clear Aperture ф

TRIPLICATE
T-90S.

Chamfers on ribs $0.5^{+0.2}$ x45°.

1. Фаски на ребрах $0,5^{+0,2}$×45°.
2. ⊗г - (57ИЭ×0,51)(41ИЭ×1,19) ОСТ 3-1901-85.

Antireflection Coating -

PZU-7/KD/F-4/59

AL-4/59 ПЗУ-7

Ю-71.70.032 ✓

D.C:- 2408-I(P) DRG. PROV. SEALED.				8.11.56
AMENDMENTS		CHD	SIG	DATE
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т. контр.				
Н. Контр.				
Утвердил				

Prism.
Призма АР-0°

Лит.	Масса	Масштаб
Ог	0,076	1:1
Лист	Листов 1	

Glass Стекло БК110
ГОСТ 3514-94

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

Справ. №

Перв. примен.

Ю-44.31.811

16